

HUMERUS ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çivi titanyum materyalden üretilmiş olmalıdır.
- Kenar kesiti trapezoid geometride üretilmiş olmalıdır.
- Çivinin 180mm ile 280mm arasında en az 20'şer mm arayla boy opsiyonları olmalıdır
- Çapları 7-8-9 mm opsiyonları olmalıdır.
- Distal uç kalınlıkları 6mm, 7mm ve 8mm olmalıdır.
- Proksimalde değişik düzlemlerden gönderilebilen en az 3 adet vida deliği olmalıdır.
- Distalde en az 2 adet vida ile kilitlenebilmelidir.
- Proksimalde ve distalde kilitleme vidaları en az 3.2mm vidalar ile kilitlenmelidir.
- Sistemin tüm parçaları uluslararası standart belgelerine (CE) sahip olmalıdır.
- Sistemin distal ve proksimal kilitleme için gerekti instrument set parçaları eksiksiz olmalıdır.

Humerus Çivi Sut Kodu:	TV5280	1 adet
Kilitleme Vidası Sut Kodu:	TV5500	5 adet
End Cap Sut Kodu:	TV5380	1 adet