

PFNA Çivi Teknik Özellikleri

- Çiviler 9mm,10mm, 11mm, 12mm Çapında ve kanüllü yapıda olmalıdır.
- Çivi Boyları 180-200-240-280-320-360-400 mm olmalıdır.
- Uzun boylarda sağ ve sol yönler ayrılmalıdır.
- Çivide +0 , +5 , +10 , +15 , ve End Cap seçenekleri olmalıdır.
- Çivide blade'i çiviye kilitleyecek şekilde proksimalden baskı uygulayacak end cap olmalıdır.
- Çivinin proksimal çapı 16 mm olmalıdır.
- Anatomik Medial-Lateral açısı 5 derece olmalıdır.
- Pfna Blade 10.5mm çapında ve kanüllü yapıda olmalıdır.
- 240 mm ve üzeri çivilerin Distal Kısımında En az 2 adet kilitleme deliği ve bu deliklerden en az birinin vidanın oblik olarak atılmasına izin verecek şekilde olmalıdır.
- Kilitleme vidası Boyları 30mm-70mm arası beşer mm büyümelidir.
- Kilitleme Vidası çapı 4.9 mm Olmalıdır.
- Materyal Özelliği Titanyum ve özel alaşımlı olmalıdır.
- Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
- Çivi İle kullanılacak uygun çakma çıkartma setleri eksiksiz olmalıdır.

Pfna Çivi Sut Kodu:	TV5340	1 Adet
Pfna Kilitleme Vidası Sut Kodu:	TV5500	2 Adet
Pfna End Cap Sut Kodu:	TV5380	1 Adet
Pfna Blade Sut Kodu:	TV5470	1 Adet